

Dandle® ROO Lite



Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex. Zonder DEHP, zonder BPA.

BEOOGD GEBRUIK:

Zorgt ervoor dat baby's de juiste buikligging, rugligging of zijligging aannemen. Mag met baby gebruikt worden tijdens fototherapie.

WAARSCHUWINGEN / CONTRA-INDICATIES: ⚠

- Alleen voor ziekenhuisgebruik.
- Voor gebruik door één patiënt. Niet geschikt voor de wasmachine.
- Plaats de vleugels of de buidel niet om de hals of het gezicht van de baby en gebruik ze niet zodanig dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
- Zorg ervoor dat het klittenband goed is bevestigd door het van beide kanten samen te drukken. Vermijd contact tussen het klittenband en de huid van de baby.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

Dit product is bestemd voor gebruik door één patiënt. Dandle•LION Medical biedt geen garantie op het product wanneer dit wordt hergebruikt tussen patiënten. Dit kan alleen gedaan worden als het ziekenhuis een wasprotocol valideert en het product na elke wasbeurt inspecteert op slijtage. Verwijderen als het stiksel niet intact is of de randen gerafeld zijn.



GEBRUIKSAANWIJZING:

- Kies de juiste maat Dandle ROO Lite overeenkomstig het gewicht en de lichaamsverhoudingen van de baby.
- Bij gebruik zonder fototherapie worden de Dandle ROO Lite-accessoires aanbevolen: multifunctionele rol, gelkussen met hoes, en rand.
- Indien gebruikt tijdens fototherapie, volg de instructies op de achterzijde en neem de aanbevelingen van de fabrikant van het fototherapieapparaat in acht.

BUIKLIkking:

1. Plaats het hoofd van de baby zo dat het de bovenkant van de hoofdrol raakt. Gebruik een multifunctionele rol, een opgevouwen gelkussen of een ander ondersteuningsmiddel als buikrol om hoofd, nek en wervelkolom in een neutrale positie te ondersteunen, met gebogen knieën en heupen en coorovergebogen schouders, zodat de armen op natuurlijke wijze vallen met de handen dichtbij het gezicht.
2. Doe de kortere vleugel over het lichaam, steun de gebogen schouder. Herhaal dit met de langere vleugel en bevestig het klittenband aan de onderkant van de basis. Zorg ervoor dat de vleugels niet in de buurt van het gezicht van de baby komen.
3. Zorg ervoor dat voeten en heupen goed gebogen zijn en de voeten zich in een neutrale positie bevinden. Organiseer alle slangen en stel medische apparatuur veilig op. Het multifunctionele rolaccessoire kan worden gebruikt om de onderste ledematen in een achterwaartse bekkenkanteling te houden door de rol tegen de achterkant van de dijen te plaatsen en hem aan de onderkant van de basis te bevestigen met voldoende spanning om de positie te behouden.
4. Pas zo nodig een of beide zijkanten van de insluiting bij het hoofd aan door hem om te vouwen en aan de onderkant/zijkant van de basis vast te maken met klittenband. De insluiting kan worden gebruikt om de slang in een neutrale positie te ondersteunen. Zorg ervoor dat de insluiting bij het hoofd de ademhaling niet belemmert.
5. Als u een randaccessoire gebruikt (niet tijdens de fototherapie), moet u dit zo instellen dat directe licht wordt tegengehouden.

RUGLIkking:

1. Bij gebruik van een gelkussen, dit in een horizontale richting in de basis plaatsen om hoofd, nek en schouderblad te ondersteunen, of in verticale richting om het hele hoofd en de romp te ondersteunen.
2. Leg de baby op zijn of haar rug op een gelkussen met zijn of haar hoofd tegen de insluiting. Het gelkussen moet op zijn minst het hoofd en het schouderblad ondersteunen.
3. Plaats de bovenste ledematen in een buiging op de middellijn met de handen dichtbij het gezicht. Trek de kortere wikkel over de armen met schouder naar voren gebogen. Trek de langere wikkel over de top, buig de schouders en met de armen ingesloten. Bevestig hem aan de onderkant. Pas het geheel aan de behoeften van de baby en de medische toestand aan.

4. Buig de onderste ledematen van de baby in een neutrale positie op de middellijn. Plaats de multifunctionele rol tegen de billen van de baby en ondersteun het bekken in een achterwaartse hoek. Bevestig de rol aan de onderkant van de basis met voldoende spanning om de heupen en het bekken te ondersteunen.
5. Stel medische apparatuur veilig op.
6. Doe de buidel over de benen en zorg dat er genoeg spanning is om de baby in gebogen positie te houden. Doe de zijkanten van de buidel rondom en bevestig ze aan de achterkant.
7. Als het navelgebied beter zichtbaar moet zijn, vouwt u de buidel omlaag en bevestigt u hem ergens langs de zijkanten.
8. Pas een of beide zijkanten van de insluiting bij het hoofd aan door deze om te vouwen en aan de onderkant/zijkant vast te maken met klittenband. Controleer de plaatsing van de lijnen of slangen en zorg ervoor dat de ademhaling van de baby niet wordt belemmerd.
9. Als u een randaccessoire gebruikt, dient u dit zo in te stellen dat direct licht wordt tegengehouden.

ZIJLIGGING:

1. Als u een gelkussen gebruikt, plaatst u dit in de basis, horizontaal of verticaal, afhankelijk van de grootte en de behoeften van de baby.
2. Leg de baby zijwaarts op het gelkussen met het hoofd tegen de bovenste insluiting.
3. Zorg ervoor dat beide schouders naar voren zijn gebogen en dat benen en heupen losjes gebogen zijn.
4. Doe de langere vleugel over de schouders om de buiging en een goede houding te behouden. Bevestig hem aan de onderkant van de basis met klittenband.
5. Vouw de lipjes van de multifunctionele rol naar de rol zodat de huid van de baby niet in aanraking komt met de sluitingen. Gebruik de rol achter het rug als lichaamskussen of naar behoefte.
6. Breng de buidel omhoog en houd daarbij de benen losjes gebogen. Zorg ervoor dat het onderste uiteinde van de buidel beschikbaar is ter ondersteuning van de voeten. Bevestig hem aan de onderkant van de basis met klittenband.
7. Pas een of beide zijkanten van de insluiting bij het hoofd aan door deze om te vouwen en aan de onderkant/zijkant vast te maken met klittenband. Controleer de plaatsing van de lijnen of slangen en zorg ervoor dat de ademhaling van de baby niet wordt belemmerd.
8. Als u een randaccessoire gebruikt, dient u dit zo in te stellen dat direct licht wordt tegengehouden.

FOTOTHERAPIE:

1. Volg alle richtlijnen van de fabrikant voor fototherapieapparatuur.
2. Als Dandle ROO Lite wordt gebruikt tijdens een behandeling van fototherapie, let er dan op dat de lagen materiaal de effectiviteit van het licht zullen verminderen. Uit tests is gebleken dat één laag katoen (buidel of één vleugel, niet overlappend) tot ongeveer 74% van de fototherapeutische lichtstraling doorlaat; twee lagen katoen (buidel plus één vleugel, of twee vleugels) laten tot ongeveer 54% van de fototherapeutische lichtstraling door en drie lagen katoen (buidel plus beide vleugels) laten tot ongeveer 44% van de fototherapeutische lichtstraling door.
3. Meet straling aan de hand van de in het ziekenhuis gehanteerde protocollen om te controleren of voldoende fototherapie de baby bereikt.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Neem contact op met Dandle•LION als u vragen of opmerkingen hebt of om een probleem met ons product te melden.

